A. METROLOGYC LABORATORY SA DE CV
CARTA DE TRAZABILIDAD
HUMEDAD 5 %HR a 95 %HR

PATRÓN PRIMARIO | PATRÓN SECUNDARIO | PATRÓN DE TRANSFERENCIA | PATRÓN DE TRABAJO | USUARIO

PATRON NACIONAL
Generador de humedad de dos presiones

MARCA:	THUNDER SCIENTIFIC
SERIE:	9709108
ID:	CNM-PNE-8

CENAM

PATRON DE REFERENCIA
Medidor de Punto de Rocío

MARCA:	Michell
SERIE:	167040/ 166249
# CERTIFICADO:	CNM-CC-420-046/2024
ID:	CIMEV/20/068H
PROX. CAL.:	marzo-2026
U:	± 0.09 @ ± 0,13 °C dp; k=2

CIMEV

PATRON DE REFERENCIA
TERMOHIGROMETRO DIGITAL

MARCA:	VAISALA
MODELO:	MI70 / HMP75B
SERIE:	N1020023 / N1950073
ALCANCE:	5.01 %HR a 94.99 %HR
# CERTIFICADO:	CIMEV/403HT/26
ID:	M-H-TH-01 / M-H-SH-01
PROX. CAL.:	febrero-2027
U:	± 0.50 %HR @ ± 0.96 %HR (k=2)

METROLOGYC

PATRON DE REFERENCIA
TERMOHIGROMETRO DIGITAL

MARCA:	VAISALA
MODELO:	MI70 / HMP75
SERIE:	N1020023/N1510359
ALCANCE:	5.01 %HR a 94.99 %HR
# CERTIFICADO:	CIMEV/464HT/26
ID:	M-H-TH-01 / M-H-SH-02
PROX. CAL.:	marzo-2027
U:	± 0.50 %HR @ ± 0.96 %HR (k=2)

METROLOGYC

PATRON DE REFERENCIA
TERMOHIGROMETRO DIGITAL

MARCA:	VAISALA
MODELO:	MI70 / HMP75
SERIE:	T3033466/T3120146
ALCANCE:	5.01 %HR a 95.00 %HR
# CERTIFICADO:	CIMEV/2355HT/26
ID:	M-H-TH-05 / M-H-SH-05
PROX. CAL.:	agosto-2027
U:	± 0.50 %HR @ ± 0.96 %HR (k=2)

METROLOGYC

PATRON DE TRABAJO
TERMOHIGROMETRO DIGITAL

MARCA:	VAISALA
MODELO:	HMT120 / HMP110
SERIE:	U1120845 / U110294
ALCANCE:	9.9 %HR a 90.5 %HR
# CERTIFICADO:	26MLCCH-0889
ID:	M-H-ITH-01 / M-H-SH-04
PROX. CAL.:	febrero-2027
U:	± 0.80 %HR @ ± 1.7 %HR (k=2)

METROLOGYC

*Higrómetros análogos y/o digitales
*Graficadores de Humedad
*Sensores de Humedad
*Datalogger
*Indicadores de Humedad con sensor
*Termohigrómetros análogos y/o digitales